HARVARD®

Harvard Impression Compound, vert, en bâtonnets

Mode d'emploi pour le dentiste

Matériau thermoplastique pour empreintes à la bague de cuivre et pour extensions du contour des porte-empreintes.

Ramollir à l'eau chaude (55-60 °C) jusqu'à ce que le matériau soit malléable. Placer sur la bague de cuivre chaude. Passer brièvement le côté cavité à la flamme pour lisser la surface. Un film de glycérine ou de salive à la surface de la dent permet d'éviter l'adhésion. Après durcissement, retirer l'empreinte en tirant fermement dans l'axe de la dent.

Remarque: l'application d'une chaleur excessive peut détériorer le matériau. Le matériau surchauffé peut causer des brûlures.

Température de stockage: 2 – 25 °C.

Ne pas utiliser après la date d'expiration.

REF 7082605

15 bâtonnets, 125 g.

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten
Allemagne

Tél +49 (0) 30 99 28 978-0
Fax +49 (0) 30 99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.de

V02 01/2011